

白蛋白（ALB）含量检测试剂盒说明书

（货号：G1208W 微板法 96 样）

一、产品简介：

白蛋白在 pH4.2 的缓冲液中带正电荷，在有非离子型表面活性剂存在时，可与带负电荷的染料溴甲酚绿结合形成蓝绿色的复合物，在波长 630nm 处有吸收峰，其颜色深浅与白蛋白的浓度成正比。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求
试剂一	液体 20mL×1 瓶	4℃ 保存
标准品	液体 1mL×1 支	-20℃ 保存

三、所需仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

四、白蛋白（ALB）含量检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

液体样品：澄清的液体样本，直接上机检测，若浑浊，则离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min，设定波长到 630nm。

② 所有试剂解冻至室温，在 96 孔板中依次加入：

试剂（μL）	测定管	空白管 （仅做一次）	标准管 （仅做一次）
样本	2		
蒸馏水		2	
标准品			2
试剂一	200	200	200
混匀，置室温（25℃）反应 10min（准确时间），立即于 630nm 读取吸光值 A。			

【注】：测定管的 A 值若超过 1，可把样本再进行稀释，稀释倍数 D 代入计算公式。

五、结果计算：

1、按照体积计算：

$$\begin{aligned} \text{白蛋白含量(g/L)} &= (\text{C 标准} \times \text{V1}) \times \Delta A \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div \text{V1} \times \text{D} \\ &= 35 \times \Delta A \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \times \text{D} \end{aligned}$$

C 标准---标品浓度，35g/L；

D---稀释倍数；

V1---加入样本体积，0.002mL。