

柠檬酸合酶（citrate synthase, CS）试剂盒说明书

（货号：G0834W 微板法 48 样）

一、产品简介：

柠檬酸合酶（CS，EC 2.3.3.1）几乎存在于所有的生物体中，是细胞内多种代谢途径的关键限速酶及代谢变化的标志酶，是发生于线粒体中 TCA 循环入口的第一个限速酶，也与种子萌发和抗逆等有关。

柠檬酸合酶（CS）催化乙酰 CoA 和草酰乙酸产生柠檬酰辅酶 A，进一步水解成柠檬酸；进一步与显色剂作用生成黄色物质，该有色物质在 412nm 处有特征吸收峰，即可得出 CS 酶活性大小。

二、试剂盒组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂二	液体 2mL×1 支	4℃ 保存	
试剂三	粉剂 mg×1 支	4℃ 保存	临用前甩几下使粉剂落入底部，再加入 0.3mL 蒸馏水溶解备用，
试剂四	粉剂 mg×1 支	4℃ 保存	临用前甩几下使粉剂落入底部，再加入 0.5mL 蒸馏水溶解备用，
标准品	粉剂 mg×1 支	4℃ 保存	若重新做标曲，则用到该试剂

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水

四、柠檬酸合酶（CS）活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃ 离心 15min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例提取

② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm 4℃ 离心 15min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（10⁴）：提取液（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 412nm。

② 所有试剂解冻至室温（25℃）

③ 在 96 孔板中依次加入：


试剂名称（ μL ）	测定管	对照管
样本	20	20
试剂一	150	160
试剂二	20	20

试剂三	5	
试剂四	5	
混匀，30℃条件下反应 15min，立即于 412nm 处读取吸光值 A， $\Delta A=A$ 测定-A 对照（每个样本做一个自身对照）。		

【注】：若 ΔA 过小，可以延长反应时间（如：60min 或更长），或增加样本量（如 30 μ L，则试剂一相应减少）。调整后的反应时间 T 或样本体积 V1 需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 0.0475x - 0.001$ ，x 是标准品摩尔质量：nmol，y 是 ΔA 。



2、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1 nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$CS(\text{nmol/min / mg prot}) = [(\Delta A + 0.001) \div 0.0475] \div (V1 \times Cpr) \div T = 70.18 \times (\Delta A + 0.001) \div Cpr$$

3、按样本鲜重计算：

酶活定义：每克组织每分钟催化产生 1nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$CS(\text{nmol/min / g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.001) \div 0.0475] \div (W \times V1 \div V) \div T = 70.18 \times (\Delta A + 0.001) \div W$$

4 按细菌或细胞密度计算：

酶活定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1 nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$CS(\text{nmol/min / } 10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.001) \div 0.0475] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.014 \times (\Delta A + 0.001)$$

V1---加入样本体积，0.02mL； V---加入提取液体积，1mL； T---反应时间，15 min；

W---样本质量，g； 500---细胞或细菌总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（1 μ mol/mL）：用 5mL 蒸馏水溶解标准品（母液需在两天内用且-20℃保存）。
- 2 把母液稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. μ mol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管加样表操作，20 μ L 标准品+160 μ L 试剂一+20 μ L 试剂二，根据结果即可制作标准曲线。